

Утверждаю:
Директор ООО "Промэнергосбыт" Суворова О.Л.
26 апреля 2013 года



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на закупку прибора
для измерения показателей качества электрической энергии

Прибор для проведения сертификации электроэнергии, энергоаудита

Необходимые технические характеристики:

- Измерение и регистрация основных показателей качества электроэнергии (ПКЭ), установленных ГОСТ 13109-97: ГОСТ Р 54149-2010;
- Измерение и регистрация электроэнергетических величин;
- Русифицированное меню прибора и клиентской программы;
- Класс точности не более 1,0.;
- измерение ПКЭ и оформление отчетов в полном соответствии с российскими и международными стандартами;
- полноцветный графический дисплей/

Необходимая конструкция прибора:

- два процессора;
- интерфейс связи USB;
- возможность работы от встроенной батарейки и/или сетевого адаптера питания;
- Память 512МБ.

Необходимая комплектация прибора:

- Адаптер питания;
- Программное обеспечение;
- Щупы тестерные (цветные);
- Руководство по эксплуатации;
- Методика поверки;
- Методика выполнения измерений;
- Упаковка;
- Транспортировочный кейс-чемодан;
- Сумка.

Обязательным условием является содержание прибора в государственном реестре средств измерений