

Утверждаю:  
Директор ООО «Промэнергосбыт» Суворова О.Л.  
10 мая 2012 год



**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
на поставку тепловизора

**Тепловизор**

**Необходимые технические характеристики:**

- Диапазон температуры измерений от -20°C до +250°C;
- Рабочая температура от -20°C до + 50°C;
- Поверка прибора специализированной организацией;
- Автономная работа от внутренних батарей до 2,5 часов;
- Соответствие стандарту IP – 54;
- 3.5” цветной дисплей. Изменяемый наклон;
- Встроенная видеокамера 640 x 480 точек

**Необходимая конструкция прибора:**

- Детектор - FPA микроболометр 160 x 120, матричного типа, без охлаждения;
- Дисплей - ЖК-монитор 3,5 дюйма;
- Интерфейс - USB2.0;
- Функция энергосбережения;
- Возможность хранения изображений до 8000
- Съёмная карта памяти SD до 2 Gb

**Необходимая комплектация прибора:**

- Аккумулятор;
- Зарядное устройство;
- Кабель видео;
- Картридер USB;
- Бленда;
- Руководство по эксплуатации (рус.);
- Программное обеспечение

**Обязательным условием является содержание прибора в государственном реестре средств измерений.**